

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
Т.А.Зарецкая
2021г.



ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
услуги по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники на 2021 год

1. Наименование, количество, подлежащих закупке товаров (работ, услуг):

Подкатегория ОКРБ 007-2012 код 33.14.19.200 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее, в том числе и системы подачи медицинских газов (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)»

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя	Гродненское торговое-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	230023, г.Гродно, ул.Ожешко,11
УНН	500059690
Адрес электронной почты	ofo@farmacia.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	farmacia.by

2. Сведения о закупке

Предмет закупки (наименование товара)	услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники
---------------------------------------	---

Область применения	Гродненское РУП «Фармация»
Описание потребительских, технических показателей (характеристик) предмета закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков)	33.14.19.200
Срок (график поставки) товара	С 25.01.2021 по 31.12.2021
Место оказания услуг	г.Гродно, ул.Ожешко,11
Гарантия	В соответствии с приложением 1
Ориентировочная стоимость закупки, (BYN)	Общая сумма: 10 000 рублей

3. Источник финансирования закупки – собственные средства.

4. Условия оплаты: на основании актов выполненных работ с приложением актов-нарядов в течение 15 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

5. Запасные части и расходный материал, израсходованные Исполнителем при выполнении технического обслуживания заявленного оборудования, должны оплачиваться Заказчиком дополнительно, согласно представленному дефектному акту и счет-фактуре.

6. Критерии для выбора наилучшего предложения - наименьшая цена при полном соответствии предложения участника установленным требованиям задания на закупку.

7. Документы, подтверждающие технические возможности участника:

7.1. Копия заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения;

7.2. сертификат о наличии технического сервиса на территории Республики Беларусь;

7.3. документы, подтверждающие наличие контрольно-измерительных приборов и оборудования, использующихся при техническом обслуживании и ремонте соответствующей медицинской техники, в том числе подрядчика (исполнителя) – договора аренды и (или) приобретения оборудования. Информация об оснащении рабочих мест специалистов для проведения ремонтных работ медицинской техники (блоков, узлов) и проверки технических характеристик в полном объеме;

7.4. при наличии в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской техники, относящейся к средствам измерения участник должен

предоставить копию документа, подтверждающего право проведения ремонта и технического обслуживания средств измерений (сертификат соответствия, аттестат аккредитации);

7.5. при наличии в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской техники, относящейся к сосудам, работающим под давлением, участник должен предоставить копию документа, подтверждающего право проводить работы с сосудами под давлением.

8. Фамилия, собственное имя, отчество, занимаемая должность, номера телефонов (в том числе мобильного телефона) работника заказчика: инспектор-провизор Зданович Анна Антоновна тел.рабочий 8(0152) 73-10-58, МТС 8029-289-90-26.

СОСТАВИЛ:

Инспектор-провизор

А.А.Зданович

«22» января 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

организационно-фармацевтического
отдела

«22» 01 2021г.

Т.Б.Маручек

Юрисконсульт

«22» 01 2021г.

И.И.Халько

Наименование (описание) медицинской техники

Предмет закупки: услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники

1. Общие технические требования

1.1. Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники должны выполняться в соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 (в редакции постановления МЗ РБ от 26.02.2020 №11);

1.2. Количество закупаемых работ (услуг) согласно перечню медицинской техники (приложение №2);

1.3. Область применения: согласно руководству по эксплуатации (технических паспортов) на медицинскую технику;

1.4. В общую стоимость предложения должны быть включены: сервисное обслуживание с момента заключения договора, проведение диагностики неисправности с выдачей заключения о непригодности к дальнейшей эксплуатации (при необходимости) и (или) составление дефектного акта в случае необходимости ремонта с заменой запасной части, который невозможно было предусмотреть (НДС, командировочные расходы, и т.д.);

1.5. гарантия на поставляемые запасные части и комплектующие к медицинской технике должна составлять не менее 6 месяцев;

1.6. гарантия на проделанные работы по техническому обслуживанию и ремонту должна быть не менее 3 месяцев;

1.7. Время прибытия сервисного инженера не более 48 часов.

Перечень
медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию и ремонту
на 01.01.2021

№ п/п	Наименование ИМТ	Тип, марка	Заводской номер	Год выпуска
Аптека №134 г.Гродно, ул.Л.Чайкиной,45-1				
1.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	41590	2012
2.	Стерилизатор паровой	ГКа-25ПЗ	339	2015
3.	Аквадистиллятор	ДЭ-25	452	2014
Аптека №135 г.Гродно,БЛК,36А				
4.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	41295	2012
5.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШСС-80П	37588	2009
6.	Стерилизатор паровой	ВК-30-01	01221212	2012
7.	Аквадистиллятор	ДЭ-25	0157	2011
8.	Аквадистиллятор	АЭ-10 МО	07230913	2013
Аптека №153 г.Гродно, ул.Дзержинского,113А				
9.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	42857	2014
10.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШСС-80	43722	2014
11.	Стерилизатор паровой	ГКа-25-ПЗ	445	2015
12.	Аквадистиллятор	ДЭ-25	694	2013
Контрольно-аналитическая лаборатория г.Гродно, ул.Дзержинского,113А				
13.	Электрошкаф сушильный лабораторный	SNOL 3,5.3,5.3,5/3,5- И1	00870	1996
14.	Электродуховка сопротивления	SNOL 8,2/1100	13745	2015
15.	РН-метр милливольтметр	150МА	130126	2013
16.	Аквадистиллятор	АЭ-5	0061	2018
17.	Низкотемпературная электродуховка	SNOL 24/200	03235	2010
18.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШСС-80	1073	1991
Аптечный склад г.Гродно, ул.Дзержинского,88,94А				
19.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШСС-80	601	1993
20.	Аквадистиллятор	ДЭ-4-2	3382	1988
ЦРА №6 Щучинского района г.Щучин, ул.Первомайская,2А				
21.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	43714	2014
22.	Стерилизатор воздушный	ГП-40	35190	1991
23.	Стерилизатор паровой	ВК-75	2201	1985
24.	Аквадистиллятор	АЭ-15	0063	2018
ЦРА №7 Берестовицкого района г.п.Большая Берестовица, ул.Гагарина,5Б				
25.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	43541	2014
26.	Стерилизатор паровой	ВК-30-01	45	2006

27.	Аквадистиллятор	ДЭ-10	882991	1988
ЦРА №9 Зельвенского района г.п.Зельва, ул.Пушкина,62				
28.	Стерилизатор паровой	ВК-30-01	135	2008
29.	Аквадистиллятор	ДЭ-25	943224	1994
ЦРА №10 Мостовского района г.Мосты, ул.Советская,48-9А				
30.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШСС-80П	1090	1994
31.	Стерилизатор паровой	ГК-10-1	1928	2006
32.	Аквадистиллятор	ДЭ-10	901525	1989
33.	Аквадистиллятор	ДЭ-25	8610180	1986
ЦРА №11 Свислочского района г.Свислочь, ул.Красноармейская,36				
34.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	43185	2014
35.	Стерилизатор паровой	ГКа-25 ПЗ	235	2014
36.	Аквадистиллятор	PHS Agua 10	01410314	2014
ЦРА №16 Вороновского района г.п.Вороново, ул.Советская,97-2				
37.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	44491	2015
38.	Стерилизатор паровой	ГК-10-1	1934	2006
39.	Аквадистиллятор	ДЭ-10	4	2014
ЦРА №55 Дятловского района г.Дятлово, ул.Мицкевича,2-3				
40.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	41518	2012
41.	Стерилизатор паровой	ГК-10-1	1987	2006
42.	Аквадистиллятор	АЭВ-10	762674	1976
ЦРА №59 Ивьевского района г.Ивье, ул.50 лет Октября,22/7				
43.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШСС-80П	44213	2015
44.	Стерилизатор паровой	ВК-30-01	16	2006
45.	Аквадистиллятор	ДЭ-25	8428018	1994
ЦРА №60 Новогрудского района г.Новогрудок, ул.Гродненская,10-2				
46.	Стерилизатор паровой	ВК-30-01	276	2006
47.	Аквадистиллятор	ДЭ-10	610	2008
Аптека №108 г.Слоним, ул.Ф.Скорины,7А				
48.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШСС -80П	1084	1991
49.	Аквадистиллятор	ДЭ-25	912163	1991
ЦРА №65 Кореличского района г.п.Кореличи, ул.Притыцкого,6-2				
50.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС-80	41260	2012
51.	Стерилизатор воздушный	ГП-40	35647	1991
52.	Стерилизатор паровой	ВК-75	184	2002
53.	Аквадистиллятор	АЭ-15	0064	2018

ЦРА №90 Ошмянского района г.Ошмяны, ул.Советская,58					
54.	Аквадистиллятор		АЭ-5	0077	2019
ЦРА №99 Сморгонского района г.Сморгонь, ул.Советская,16					
55.	Шкаф сушильно-стерилизационный		ШС-80	43452	2014
56.	Аквадистиллятор		ДЭ-4-2	0554	2010
ЦРА №136 Волковысского района г.Волковыск, ул.Социалистическая,2					
57.	Шкаф сушильно-стерилизационный		ШСС-250	1619	1987
58.	Стерилизатор паровой		ВК-30-01	70	2006
59.	Дистиллятор		Д-25	771969	1977
ЦРА №146 Лидского района г.Лида, ул.Крупской,7					
60.	Шкаф сушильно-стерилизационный		ШС-80	43971	2015
61.	Шкаф сушильно-стерилизационный		ШС-80	44011	2015
62.	Стерилизатор паровой		ГКа-25-ПЗ	444	2015
63.	Аквадистиллятор		ДЭ-25	454	2000

1. Техническое обслуживание данной медицинской техники должно быть произведено ежемесячно, согласно требованиям по эксплуатации (конкретные сроки согласуются представителями сторон), остальные виды работ, которые невозможно предусмотреть, должны проводиться по мере необходимости по заявке учреждения.

2. Прибытие специалиста в случае поломки по заявке учреждения в течение не более 48 часов.

3. Время восстановления поломки не более 96 часов (при наличии запасных частей).